



U.O.S. PATRIMONIO

Oggetto: Ricerca di mercato non vincolante -a mezzo di R.d.O. su Me.P.A. n. 2499120 del 28.01.2020- per l'individuazione dell'operatore al quale affidare la fornitura in urgenza di una unità elettronica di acquisizione da laboratorio interfacciabile con rivelatori HPGE e n. 1 licenza relativo software che ne fa uno workstation spettroscopica completa, in grado di acquisire e analizzare gli spettri per il Polo di specializzazione Radiazione Ionizzanti DAP BA – criterio del minor prezzo C.I.G. Z0E2BC48AE.

Verifica di conformità

In riferimento alla procedura di Ricerca di mercato non vincolante -a mezzo di R.d.O. su Me.P.A. n. 2499120 del 28.01.2020-, si comunica quanto segue.

Lo scrivente RUP ha provveduto alla verifica puntuale dei prodotti offerti dalla Ditta TNE S.p.A. (P.IVA 09576360151) sulla base delle schede tecniche che la stessa Ditta ha presentato nella documentazione di gara.

La verifica è da ritenersi conclusa positivamente, ove la ditta confermi espressamente (dalle schede tecniche lo si evince ma non è espressamente riportato) che il Digital Signal Analyzer è interfacciabile e quindi compatibile con i rivelatori HPGe in dotazione di ARPA Puglia, consistente in n. 1 rivelatore marca EG&G ORTEC GEM28185 PS 32TP10825B e n. 1 rivelatore marca EG&G ORTEC GMX30190P_39-TN21407A, come riportato nelle specifiche minime della lettera invito.

Pertanto, la Ditta è ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica, previo accertamento delle succitate conferma.

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Polo di Specializzazione
Radiazioni Ionizzanti del Dipartimento Ambientale Provinciale di
Bari di ARPA Puglia
Dott. Luigi VITUCCI