

ALLEGATI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Manutenzione correttiva di un Gas Cromatografo Purge and Trap Agilent/SRA così configurato:

- (GC7890A + MS 5975C) Agilent
- (EST Centurion+ EST Evolution) SRA: 5975C (G3172A-US11283934), 7890A (G3440ACN11121071), Centurion (CENT5718071320), Evolution (EVX1209071320);

ubicato presso il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA DAP Lecce.

Presa d'atto dell'affidamento disposto con ordine OD0423/3/D04 del 03.01.2023 in favore della ditta AGILENT TECHNOLOGIES Italia Spa, via Pietro Gobetti n. 2/C -20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) - P.IVA: IT 12785290151. Costo complessivo pari a €. 2.863,59 (IVA esclusa). Importo pari a €. 3.493,58 (IVA inclusa)

1

Conto di imputazione: 715.100.00045 – Manutenzione attrezzature non sanitarie
Centro di costo: 11140103.000 (Dip. Lecce Chimica delle Acque)

CIG ZA9395F347

L'Istruttore del Provvedimento

Il Dirigente Responsabile

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32974689	Data richiesta	05/10/2022	Scadenza validità	02/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	12785290151
Sede legale	VIA PIERO GOBETTI 2/C CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 20063

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ARPA PUGLIA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

P.IVA 05830420724

Codice IPA ARPAP

CUU: UFVBQD - Nome ufficio: Uff_eFatturaPA

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
OD0423 / 3 / D04	03/01/2023	1 di 1

Spett.le:

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA

VIA PIERO GOBETTI 2/C

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

TEL: 0

FAX: ITA

cod.: (994)

Contratto : CD0423/1 - Manutenzione correttiva di un gas cromatografo Purge and
Del. di aggiudicazione : del

Cod.CIG: ZA9395F347

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
1	Ns.Cod.: 6508 Manutenzione correttiva di un Gas Cromatografo Purge and Trap agilent/SRA così configurato (GC7890A+MS5975C) Agilent (Est Centurion+Est Evolution)SRA 5975C (G3172A-US11283934): 7890A (G3440A-CN11121071); Centurion (CENT5718071320); Evolution (EVX1209071320).	NR	1,00	2.863,59000	0,00	2.863,590000	2.863,59	22

CDC: 11140103 1 DIP. LECCE CHIMICA DELLE ACQUE

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2023/82	71510000045	2.863,59	629,99	3.493,58

Dep. Emittente: Dipartimento Ambientale - Lecce

Consegna:

Presso: Dip. Amb. - Via A. Miglietta, 2 73100 Lecce-08321810015

LA DITTA HA L'OBLIGO DI EVADERE L'ORDINE CON GLI STESSI CODICI E PREZZI, DIVERSAMENTE LA MERCE NON SARA' ACCETTATA.

Al fine della celerità dei pagamenti si invita codesta ditta a:

Fatturare la merce del presente ordinativo separatamente da quelle di altri ordini.

Fornire la merce indicata in un'unica soluzione salvo diverse indicazioni.

SI PREGA DI RIPORTARE IN FATTURA IL NUMERO D'ORDINE E IL CIG. IN MANCANZA, EVENTUALI RITARDI DI PAGAMENTO NON POTRANNO ESSERE

ADDEBITATI A QUESTA AZIENDA. LA FATTURA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA COPIA DEL DDT, DAL RAPPORTO DI SERVIZIO O DA QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO UTILE ALLA
RELATIVA LIQUIDAZIONE.

Operatore: Brandini Stefania

FIRMATO
DIRIGENTE CHIMICO
(Dr. Francesco Natali)

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)

**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)**Utente:** Antonio D'angela**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006**Denominazione Amministrazione:** AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA9395F347
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.863,59
Oggetto	Servizio di Manutenzione correttiva di un gas cromatografo-Purge and Trap Agilent/SRA così configurato: (GC7890A + MS 5975C)Agilent - (EST Centurion+ EST Evolution) SRA 5975C (G3172A-US11283934); 7890A (G3440A-CN11121071); Centurion (CENT5718071320); Evolution (EVX1209071320) presso il Laboratorio Chimico ARPA Puglia DAP Lecce
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contattiprotocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Procedura con ordine diretto di acquisto. Valutazione Preventivi e Aggiudicazione della fornitura/servizio/lavoro.

OGGETTO:

1. Manutenzione correttiva di un gas cromatografo-Purge and Trap Agilent/SRA così configurato (GC7890A + MS 5975C) Agilent - (EST Centurion+ EST Evolution) SRA 5975C (G3172A-US11283934); 7890A (G3440A-CN11121071); Centurion (CENT5718071320); Evolution (EVX1209071320) ubicato presso il Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce.

Premesso che

- l'ARPA Puglia persegue fini istituzionali per la prevenzione e la protezione dell'ambiente;
- l'ARPA Puglia esplica le proprie funzioni attraverso i laboratori ubicati presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali presenti sul territorio regionale di ogni provincia;
- in data 1/12/2022 la drssa Loguercio, responsabile dello strumento, ha comunicato via mail il malfunzionamento dello stesso;
- in data 1/12/2022 la drssa Chionna, in qualità di RGA, ha chiesto un preventivo sia alla ditta SRA che alla ditta Agilent;
- Nella stessa data la ditta SRA ha risposto via mail che il problema indicato sembra interessare la massa Agilent suggerendo di richiedere l'intervento direttamente ad Agilent;
- Un tecnico Agilent in data 2/12/2022 ha contattato telefonicamente la drssa Loguercio e sono state effettuate delle prove per individuare il guasto e poter procedere alla formulazione di un'offerta;
- La ditta Agilent ha presentato offerta numero 3000671467 in data 02/12/2022 per un totale di 2.863,59 euro;

Alla luce di quanto sopra premesso,

1

Visto:

- La normativa vigente riguardante i contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii) in materia di Affidamenti Diretti;
- l'art. 10 comma 9 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di Arpa Puglia di cui alla Deliberazione del D.G. n. 339 del 12.07.2013 (che modifica ed integra il Regolamento di cui alla Deliberazione D.G. n. 98 del 05.03.2013), per la parte non superata;
- l'art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, da un importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ad un importo pari o superiore ad €. 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che:

- con nota prot. n. 005279 del 28.01.2020 e nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare in autonomia micro-acquisti nei limiti di €. 1.000,00 IVA esclusa con adozione, in tali casi, di una propria Determinazione di aggiudicazione ovvero di presa d'atto dell'affidamento e successivo atto di liquidazione della lista;
- con nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 (con richiamo alla prot. n. 005279 del 28.01.2020) la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare, in deroga, acquisti per importi superiori a €. 1.000,00 oltre IVA e inferiori a €. 5.000,00 oltre IVA (rimanendo nell'ambito della non obbligatorietà di intraprendere procedure con ricorso al mercato elettronico della P.A.), con adozione in tali casi, per le fasi conclusive, di una proposta di Delibera del Direttore Generale di Aggiudicazione ovvero di proposta di Delibera del Direttore Generale di presa d'atto dell'affidamento e successivo atto di liquidazione della lista;



Il giorno 27/12/2022 alle ore 13,00 negli Uffici del DAP di Lecce Via Miglietta,2, si sono riuniti i Sigg.:

Dott. Antonio D'Angela

Direttore del DAP Lecce ff

Dott. Francesco Natali

Dirigente Chimico DAP Lecce

Dott.ssa Donatella Chionna

Responsabile Gestione Apparecchiature Laboratorio Chimico

per la disamina dell'offerta numero 3000671467 del 02/12/2022 pervenuta via mail nello stesso giorno.

Nella stessa, la ditta ha indicato un importo complessivo pari a 2.863,59 IVA esclusa.

Vista l'offerta, da un attento esame della stessa, ritenendo congruo l'importo, si ritiene di poter affidare la fornitura alla ditta medesima e di procedere all'ordine diretto di acquisto nonché agli adempimenti istruttori conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Antonio D'Angela

Firmato digitalmente da:
D'ANGELA ANTONIO
Tempo: 8/22/12/2022 14:10
Seriale Certificato: 1622675
Valido dal 14/01/2023 al 14/07/2025
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Dott. Francesco Natali

Firmato digitalmente da:
Natali Francesco
Firmato il 28/12/2022 15:30
Seriale Certificato: 1609092
Valido dal 08/07/2022 al 08/07/2025
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Dott.ssa Donatella Chionna

Donatella Chionna



Agilent Technologies

Contatto cliente:

Azienda Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell' Ambiente - ARPA
Puglia
V. Miglietta 2
I-73100

Partita IVA : IT05830420724 05830420724

Dott.ssa Donatella Chionna Ambiente, Lecce
d.chionna@arpa.puglia.it
08321810014

Indirizzo di fatturazione:

Azienda Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell' Ambiente - ARPA
Puglia
V. Miglietta 2
I-73100

OFFERTA

Numero Offerta: 3000671467	Data Emissione Offerta: 02.12.2022
Prodotto Nr: G3172A	Descrizione: Sistema EI MSD 5975C inert XL Perf Turbo
Numero di Serie: US11283934	Data Scadenza Offerta: 01.01.2023
Condizioni di pagamento: 90 GG Data Fattura F.M.	Accettazione offerta per: Ordine di Acquisto o Timbro e Firma
Numero di richiesta di servizio: 8104635533	

Indirizzo di spedizione:

Azienda Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell'
Ambiente - ARPA Puglia
V. Miglietta 2
I-73100 LECCE LE

Inoltare a:

Nome Del Contatto: Customercare
E-mail: customercare_italy@agilent.com
Telefono: 800 012 575
Fax: 02 38591126

Descrizione del Problema: TR la massa non si accende GCMS

products | applications | software | services

Agilent Technologies Italia S.p.A.
Via Piero Gobetti 2/c
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy, Num. Mecc. MI298824, Reg. Imprese MI 86225/1999.
P. IVA IT12785290151, Cap.soc. € 6,338,800 i.v.
Unico Socio-Attività di direzione e coordinamento Agilent Technologies Inc.

Banca Citibank NA,
12 VIA DEI MERCANTI 20121, MILANO
Account : 00118125037
IBAN: IT43H0356601600000118125037
SWIFT BIC : CITIITMX

Originale

Numero Offerta: 3000671467

Data Emissione Offerta: 02.12.2022

Descrizione offerta richiesta di servizio:

Numero Articolo	Descrizione	Tariffa	Q.tà	Prezzo Servizio	Prezzo Totale (EUR)
1000	Riparazione	Trasf. e manod. Iniz	1	890,00	890,00
1000		Monodopera aggiuntiva (ore)	2	258,00	516,00
1000		Importo I.V.A.			309,32
1010	NEW-AC PCA - 5975 Tested	Materiali	1	1.457,59	1.457,59
1010		Importo I.V.A.			320,67
				Totale imponibile	2.863,59
				IVA 22,000 %	629,99
				Prezzo Totale	3.493,58

Additional Information:

Header

Firma del cliente:

Nome cliente:	Firma del cliente:	Data:	Ordine Di Acquisto:
Indirizzo di fatturazione:			

Numero Offerta: 3000671467

Data Emissione Offerta: 02.12.2022

Note:

L'importo sopra citato Vi è fornito a titolo indicativo. La fattura definitiva sarà stabilita in funzione dell'intervento realizzato sul Vostro strumento (materiale utilizzato e manodopera). Questa verrà inviata automaticamente alla chiusura dell'intervento tecnico se non sarà pervenuto il Vostro gradito ordine entro 10 gg. lavorativi. Condizioni di pagamento, salvo richiesta pagamento anticipato: r.d. 60 gg.d.f.f.m.. Per tutto quanto non contemplato nel presente documento fanno fede le condizioni generali allegate. Il preventivo si riferisce a parti Nuove sigillate da fabbrica. In caso di disponibilità sarà nostra premura inviarvi una parte ricondizionata ad un prezzo inferiore. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche D.Lgs. 106/09), i costi aggiuntivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze con le lavorazioni della committente o altro suo appaltatore sono pari a Euro 0. Se è Vostra preferenza ricevere unicamente parti Nuove Vi preghiamo di comunicarcelo allo 800 012 575. In caso di installazione da parte di personale non qualificato Agilent, decade la garanzia sui ricambi stessi.

Tutti i Servizi e Ricambi indicati in questa Offerta sono soggetti alle versioni più aggiornate delle Condizioni Generali di Servizi Agilent

(<https://www.agilent.com/en-us/services/e16s-emeai>) e delle Condizioni Generali di Vendita Agilent per quanto concerne i Ricambi

(<https://www.agilent.com/en-us/services/e16s-emeai>), o alle Condizioni Generali di Vendita Agilent per Rivenditori Occasionali) e ad ogni altra condizione applicabile indicata nel presente documento. Si riterrà valido e applicabile tutto quanto sopra riportato ed indicato con il termine "Condizioni". Una copia delle Condizioni è allegata al presente documento o Vi è già stata fornita precedentemente. Vi preghiamo di contattarci nel caso in cui non ne aveste ricevuto copia o se aveste necessità di un'ulteriore copia. Nel caso di un eventuale altro accordo sottoscritto con Agilent in merito alla vendita dei Servizi e Ricambi indicati in Offerta, le condizioni di tale accordo prevarranno sulle "Condizioni". Agilent, salvo i casi in cui esista un suo specifico accordo scritto, disconosce espressamente qualsiasi condizione diversa o aggiuntiva indicata sugli ordini di acquisto/vendita del Cliente. Al momento dell'offerta le date di disponibilità dei Ricambi e Servizi si intendono presunte. Le date o i periodi di consegna effettivi saranno specificati quando Agilent avrà ricevuto ed accettato l'ordine di acquisto. Le Condizioni di cui sopra si applicano nella misura più ampia consentita dalla legge. Il Cliente può comunque godere di altri diritti legali o giuridici. Prodotti, tecnologie o software esportati dagli Stati Uniti d'America ("US") o da altri paesi sono soggetti alle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e alle leggi e direttive in materia di esportazione vigenti in tutti i paesi esportatori. Deroghe in opposizione alla legge degli Stati Uniti e alle leggi e direttive vigenti in materia di esportazione sono proibite. Garanzia: salvo diversamente indicato in questa offerta, i Ricambi qui menzionati sono coperti da una garanzia di sostituzione di 90 giorni. I componenti sostituiti diverranno proprietà di Agilent.

Donatella Chionna

Da: Buono Pia [buono@srainstruments.com]
Inviato: giovedì 1 dicembre 2022 17:44
A: Donatella Chionna
Cc: 'Francesco Natali'; 'Simonetta Loguercio'; Cobelli Giulia
Oggetto: R: richiesta offerta manutenzione correttiva GC Purge and Trap

Gentile D.ssa Chionna,
il problema indicato sembra interessare la massa Agilent, le suggeriamo di richiedere l'intervento direttamente ad Agilent, scrivendo all'apposito indirizzo customer-care_italy@agilent.com
Purtroppo nel mese di dicembre le attività per il nostro personale tecnico sono già schedulate, difficilmente riusciremo ad intervenire prima della seconda metà di gennaio.
Un cordiale saluto

Pia Buono
Service and Quality Manager



T: +390292143258
M: +39 348/4416513
buono@srainstruments.com - www.srainstruments.it
Via Alla Castellana, 3
20063 Cernusco s/N (MI) - Italy



In ottemperanza con il Nuovo Regolamento Europeo GDPR UE n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. SRA INSTRUMENTS S.p.A. opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattare l'indirizzo mail: privacy@srainstruments.com

Da: Donatella Chionna <d.chionna@arpa.puglia.it>
Inviato: giovedì 1 dicembre 2022 15:13
Cc: 'Francesco Natali' <f.natali@arpa.puglia.it>; 'Simonetta Loguercio' <s.loguercio@arpa.puglia.it>
Oggetto: richiesta offerta manutenzione correttiva GC Purge and Trap

Spett.le Ditta

via e mail:

Oggetto: richiesta di preventivo.

Con la presente, per conto del Dr Francesco Natali, in qualità di Dirigente Chimico della U.O.S. Chimica delle Acque ARPA Puglia DAP Lecce

SI CHIEDE

Un preventivo, da trasmettere entro lunedì 13/12/2022 per l'attività di manutenzione correttiva di un gas cromatografo-Purge and Trap

Descrizione della strumentazione completa: (GC7890A + MS 5975C)Agilent - (EST Centurion+ EST Evolution) SRA 5975C (G3172A-US11283934); 7890A (G3440A-CN11121071); Centurion (CENT5718071320); Evolution (EVX1209071320).

La richiesta di tale intervento è volta alla risoluzione delle problematiche di seguito riportate:

1. La massa NON si accende.

In particolare il preventivo deve riportare separatamente il costo dell'intervento con in dettaglio le seguenti voci:

-	mano d'opera	_____	€.....
-	materiale	_____	€.....
	Importo totale		€.....

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dr Francesco Natali

Donatella Chionna
CTP Chimico
Unità Operativa Semplice Chimica delle Acque
ARPA PUGLIA - DAP Lecce
Via Miglietta, 2
73100 LECCE

Tel. 0832 1810014 - 3393969844

5

Con: 'customer_italy@agent.com'; 'services@'

Con: 'customer_italy@agent.com'; 'services@'

Oggetto: richiesta offerta manutenzione correttiva GC Purge and Trap

4. **Вопросы к изучению** [Литература, с. 10-11]

CC "Francesco Nanni"; 'Simonetta Loguercio'

Con: 'customer_italy@agent.com'; 'services@'

Oggetto: richiesta offerta manutenzione correttiva GC Purge and Trap

Oggetto: richiesta di preventivo.

Con la presente, per conto del Dr Francesco Natali, in qualità di Dirigente Chimico della U.O.S. Chimica delle Acque ARPA Puglia DAP Lecce

2. CHIEF

Un preventivo, da trasmettere entro lunedì 13/12/2022 per l'attività di manutenzione correttiva di un gas cromatografo-Purge and Trap
Descrizione della strumentazione completa: (GC7890A + MS 5975C)Agilent - (EST Centurion+ EST Evolution) SRA 5975C (G3172A-U511289894)- 7890A (G3440A-CN11121071)-Centurion (CE1575718071320)- Evolution (EVX1209071320).

1. La massa NON si accende,

In particolare il preventivo deve riportare separatamente il costo dell'intervento con in dettaglio le seguenti voci:

-	mano d'opera	€
-	materiale	€
	importo totale	€

Distinti saluti.

il Dirigente
Dr Francesco Natali

Donatella Chionna
CTP Chimico
Unità Operativa Semplice Chimica delle Acque
ARPA PUGUA - DAP Lecce
Via Nigietta, 2
73100 LECCE

Tel. 0832 1510014 - 3593963844

Donatella Chionna

Da: Simonetta Loguercio Polosa [s.loguercio@arpa.puglia.it]
Inviato: giovedì 1 dicembre 2022 13:47
A: 'Donatella Chionna'; 'Francesco Natali'
Oggetto: Richiesta intervento tecnico

Con la presente si richiede intervento tecnico sulla strumentazione MS 5975C INV Tec nr 2154.

Si è riscontrato uno spegnimento della Massa di cui sopra, probabilmente a seguito di sbalzi di corrente. La strumentazione non è collegata a gruppo di continuità. Si è altresì verificato che la presa di corrente a cui è collegata la Massa è funzionante.

Saluti

simonetta